

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1
Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1

Seite
Page 1 / 2

Kunde:
Customer: **DELTA TECH GmbH**
ALSTER TOWER
Lübecker Straße 1
22087 Hamburg
Germany

Zeugnis-Nr.
Certificate No. **C01108129316**

Datum
Date **02/12/2024**

Kundenbestellnummer
Customer Order No. **DELTA-WIKA-2024-PO-200**

Kunden Artikel-Nr.
Customer Part. No.

Bestelldatum
Order date **03/10/2024**

Auftrags-Nr. / Pos.
Order No. / Item **S110232513/6**

Artikel-Nr.
Item No. **5132.32**

Typ
Model **T32.1S**

Seriennummer
Serial number **1402123**

Sensor
sensor **Pt100**

Klasse
Class **--**

Messstellen-Nr.
Tag No.

(Transmitter)
Typ
Model **T32/-**

(Transmitter)
Ausgangssignal
Output signal **4 ... 20 mA**

(Transmitter)
Messbereich
Measurement range **-50 ... 100°C**

Referenzgerät
Reference
PTPK-12929370-10

Typ
Model
Prozesskalibrator CED7000

Prüfmittelnr.
Inspection Equipm. No.
8523-D-K-17132-01-00 2023-04

Ergebnis
Result

Luftfeuchte
Humidity **50% +/- 20%**

Temperatur
Temperature **23°C +/- 5°C**

Sollwert Set Value °C	Istwert Actual value °C	Ausgangssignal Output signal mA	Abweichung Deviation K			
-50,00	-50,03	3,997	-0,03			
25,00	24,98	11,998	-0,02			
100,00	99,95	19,995	-0,05			

Der Artikel hält die geforderte Spezifikation ein.
Item keeps the required specification.

Die Überprüfung erfolgte auf der Grundlage der folgenden Norm:
 Verification was carried out according to the following standard: **IEC 60751**

Bemerkung / Remarks:

Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1
Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1



Seite
Page 2 / 2

Kunde:
Customer: **DELTA TECH GmbH**
ALSTER TOWER
Lübecker Straße 1
22087 Hamburg
Germany

Zeugnis-Nr.
Certificate No. **C01108129316**

Datum
Date **02/12/2024**

Abnahmebeauftragter (PI-ET)
Inspection Representative **Reiner Stassig**

Prüfer
Examiner **E.Hein**

Dieses Abnahmeprüfzeugnis wurde elektronisch erstellt und wird hiermit vom genannten Abnahmebeauftragten bestätigt. Das Dokument gilt ohne Unterschrift.

The inspection certificate was created electronically and is hereby validated by named inspection representative. This document is valid without signature.